

IGŁA DO BIOPSJI ASPIRACYJNEJ

MaxiCELL®

WŁAŚCIWOŚCI:

- ✓ Budowa igły pozwalająca na pobieranie materiału do badań przy
- ✓ wkłuwaniu jak i wyjmowaniu igły za pomocą bocznego otworu.
- ✓ Ostrze igły ścięte pod kątem 30°
- ✓ Numeryczne oznaczenia centymetrowe na długości całej igły,
- ✓ pozwalające ocenić głębokość wkłucia
- ✓ Igła posiada końcówkę echogeniczną, widoczną pod kontrolą USG
- ✓ Każda igła posiada regulowany sprężynowy ogranicznik wkłucia,
- ✓ dla łatwiejszego przeprowadzenia biopsji
- ✓ Sztylety posiadają zróżnicowanie kolorowe główek, dla oznaczenia
- ✓ grubości igły
- ✓ Podłączenie typu Luer
- ✓ Oznakowanie kolorystyczne grubości igły



IGŁY BEZ KOŃCÓWKI ECHOGENICZNEJ

MMC2202	22G x 5 cm
MMC2203	22G x 9 cm
MMC2206	22G x 15cm

IGŁY Z KOŃCÓWKĄ ECHOGENICZNĄ

MMC2202US	22G x 5 cm
MMC2203US	22G x 9 cm
MMC2206US	22G x 15cm



Przedstawiciel handlowy: Tomasz Kodłubaj +48 660 610 312; tomasz.kodlubaj@e-mds.pl

DYSTRYBUCJA w Polsce:



MDS Cardio Sp. z o.o.

02-858 Warszawa, ul Transportowców 11

NIP: 9512102903 REGON 015692785 BDO000015772

Tel: 22-644-80-62 fax: 22-644-81-89 www.e-mds.pl

Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy XIII Wyd. Gosp. KRS wpisano pod numerem 0000199748

Kapitał zakładowy: 264 000,00 PLN

Producent:

Argon Medical Devices Inc.
7800 Dallas Parkway, Suite 200
Plano, TX 75024 USA

